


	<b>CERTIFICATE OF ANALYSES</b> Certificat d'analyses		Diffusion : Réaliser Produits
	Approuvé par le pilote : NB	Vérifié par Responsable Qualité : LR	MAJ : 22/08/2023
			Page : 1/1


Designation :	<b>Id-Fungi Plates</b>	BATCH N° :
Presentation :	Petri dishes 90 mm	
Production date :	12/02/2024	
Expiration date :	27/08/2024	<b>36822</b>
Control date :	13/02/2024	

PHYSICAL-CHEMICAL TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Appearance pH WIDTH (mm)	Translucent Beige 4,5 to 6,0 (indicative value) >3mm	CONFORM pH=5,3 CONFORM
MICROBIOLOGICAL STATE		
Direct incubation before and after the membrane set up	Sterile after 7 days at 20-25°C and 30-35°C	CONFORM
MICROBIOLOGICAL ACTIVITY		
<b>Inoculum &lt; 100 cfu</b> Candida albicans ATCC 10231 / WDCM 00054	After 48h-72h at 20-25°C Growth	CONFORM
<b>Inoculum &gt; 100 cfu</b> Escherichia coli ATCC 8739 / WDCM 00012	After 48h at 20-25°C Inhibition	CONFORM
<b>Inoculum : NA</b> Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 / WDCM 00053	Until 5 days at 20-25°C Growth	CONFORM
Trichophyton rubrum IP 1464.83	5 to 10 days at 20-25°C Growth	CONFORM

<b>CONFORM</b>	
AQ CONCLUSION 	BATCH ACCEPTED

Date : 24/02/2024

Responsable Qualité


 CONIDIA CONIPHY  
 2 rue en Chuel  
 PA en Chuel  
 69650 Quincieux – France

