

Approuvé par le pilote : CD

Vérfié par Responsable Qualité : NB

Designation :	Id-Fungi Plates	BATCH N° :	
Presentation :	Petri dishes 90 mm		
Production date :	24/06/2024		
Expiration date :	07/01/2025		37996
Control date :	25/06/2024		

PHYSICAL-CHEMICAL TESTS	SPECIFICATIONS	RESULTS
Appearance	Translucent Beige	CONFORM
pH	4,5 to 6,0 (indicative value)	pH=5,4
WIDTH (mm)	>3mm	CONFORM
MICROBIOLOGICAL STATE		
Direct incubation before and after the membrane set up	Sterile after 7 days at 20-25°C and 30-35°C	CONFORM
MICROBIOLOGICAL ACTIVITY		
Inoculum < 100 cfu	<i>After 48h-72h at 20-25°C</i>	
Candida albicans ATCC 10231 / WDCM 00054	Growth	CONFORM
Inoculum > 100 cfu	<i>After 48h at 20-25°C</i>	
Escherichia coli ATCC 8739 / WDCM 00012	Inhibition	CONFORM
Inoculum : NA	<i>Until 5 days at 20-25°C</i>	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 / WDCM 00053	Growth	CONFORM
Trichophyton rubrum IP 1464.83	<i>5 to 10 days at 20-25°C</i> Growth	CONFORM

AQ CONCLUSION	CONFORM
	BATCH ACCEPTED

Date : 10 / 07 / 24

Responsable Qualité



CONIDIA CONIPHY
 2 rue en Chuel
 PA en Chuel
 69650 Quincieux – France



[Handwritten signature]