



FORMULAIRE:

CERTIFICATE OF ANALYSES / CERTIFICAT D'ANALYSES


Diffusion : Réaliser Produits

Approuvé parle pilote : CD

Vérifié par Responsable Qualité : NB

MAJ : 18/03/2024

Page : 1/1

Designation :	Id-Fungi Plates	BATCH N° :	
Presentation :	Petri dishes 90 mm		
Production date :	17/07/2024		
Expiration date :	30/01/2025		38141
Control date :	18/07/2024		
PHYSICAL-CHEMICAL TESTS		SPECIFICATIONS	RESULTS
Appearance		Translucent Beige	CONFORM
pH		4,5 to 6,0 (indicative value)	pH=5,4
WIDTH (mm)		>3mm	CONFORM
MICROBIOLOGICAL STATE			
Direct incubation before and after the membrane set up		Sterile after 7 days at 20-25°C and 30-35°C	CONFORM
MICROBIOLOGICAL ACTIVITY			
Inoculum < 100 cfu		<i>After 48h-72h at 20-25°C</i>	
Candida albicans ATCC 10231 / WDCM 00054		Growth	CONFORM
Inoculum > 100 cfu		<i>After 48h at 20-25°C</i>	
Escherichia coli ATCC 8739 / WDCM 00012		Inhibition	CONFORM
Inoculum : NA		<i>Until 5 days at 20-25°C</i>	
Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 / WDCM 00053		Growth	CONFORM
Trichophyton rubrum IP 1464.83		<i>5 to 10 days at 20-25°C</i>	Growth
			CONFORM
AQ CONCLUSION		CONFORM	
		BATCH ACCEPTED	

Date :

05 / 08 / 2024

Responsable Qualité:



CONIDIA CONIPHY
2 rue en Chuel
PA en Chuel
69650 Quincieux – France